

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310038</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107091</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10709120177
DATA DE FABR./MANUF. DATE	11/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
LOTE / LOT:	10719520180
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
<b>PADRÃO / STANDARD</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725520114
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.45
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.002
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	74.50 - 103.00	93
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	230.00 - 317.00	286.3

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control