

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310038</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107091</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10709121185
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
LOTE / LOT:	10719521185
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
<b>PADRÃO / STANDARD</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725521118
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	83.1
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	258.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control