

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310204  
**CÓDIGO / CODE** 111185  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040174.4RWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1111851916  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2019  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS  
LOTE / LOT: 1111861915  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	78.1 - 108	92.8
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	224 - 309	263

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control