

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310204</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111185</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040174.4RWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1111852021
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS
	LOTE / LOT: 1111862020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.53
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.005
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	72.2 - 99.7	90.7
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	220 - 304	263.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control