

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310046
CÓDIGO / CODE	107085
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10708521160
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2022
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1010200R1K
LOTE / LOT:	10718621128
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2022
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1010050R2K
LOTE / LOT:	10718721115
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2022
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1010003P
LOTE / LOT:	10731321104
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA - CLEAR, PALE YELLOW TO PALE BROWN LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.9 - 7.1	7.00
pH (25 oC) R2	6.9 - 7.1	6.98
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546 nm	0.000 - 0.050	0.007
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	4.37 - 5.79	5.02
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	6.91 - 9.17	8.24

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control