

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310194**
CÓDIGO / CODE **111201**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1010200RWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **ACIDO URICO WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)**

KIT

LOTE / LOT: 111201207
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2020
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010050TWS
 LOTE / LOT: 111200207
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010050TWS
 LOTE / LOT: 111200207
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA - CLEAR, PALE YELLOW TO PALE BROWN LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.9 - 7.1	7.02
pH (25 oC) R2	6.9 - 7.1	7.03
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	4.37 - 5.79	5.11
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	6.91 - 9.17	8.38

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control