

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310072
CÓDIGO / CODE	108365
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110060K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	1083651996
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110030MK
LOTE / LOT:	1083641961
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2021
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110003P
LOTE / LOT:	1073701976
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.24
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.245
TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL)	3.04 - 4.86	4.21
TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL)	3.97 - 6.33	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control