

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310072
CÓDIGO / CODE	108365
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110060K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10836521111
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110030MK
LOTE / LOT:	1083642171
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110003P
LOTE / LOT:	1073702185
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.243
TRULAB N - LOTE: 28657 (g/dL)	2.75 - 4.40	3.48
TRULAB P - LOTE: 29696 (g/dL)	3.50 - 5.60	4.61

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control