

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310072</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>108365</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1110060K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10836521117
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110030MK
LOTE / LOT:	1083642172
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
<b>PADRÃO / STANDARD</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110003P
LOTE / LOT:	1073702189
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.243
TRULAB N - LOTE: 28657 (g/dL)	2.75 - 4.40	3.48
TRULAB P - LOTE: 29696 (g/dL)	3.50 - 5.60	4.61

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control