

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 109402
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 1X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1094021940
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110250MKWS
LOTE / LOT: 1094061940
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| APARENCIA/APPEREANCE | LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 4.1 - 4.3 | 4.25 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.100 - 0.350 | 0.237 |
| TRULAB N - LOTE: 24382 (g/dL) | 2.79 - 4.45 | 3.76 |
| TRULAB P - LOTE: 24383 (g/dL) | 3.72 - 5.94 | 5.00 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control