

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310206
CÓDIGO / CODE	109402
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA WS 1X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1094022154
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110250MKWS
	LOTE / LOT: 1094062154
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.243
TRULAB N - LOTE: 28657 (g/dL)	2.75 - 4.40	3.48
TRULAB P - LOTE: 29696 (g/dL)	3.50 - 5.60	4.61

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control