

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 110130
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110060MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)

KIT
LOTE / LOT: 1101301933
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS
LOTE / LOT: 1101311934
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.25
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.237
TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL)	2.79 - 4.45	3.76
TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL)	3.72 - 5.94	5.00

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control