

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 110130
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110060MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)

KIT
LOTE / LOT: 1101302036
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS
LOTE / LOT: 1101312037
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.23
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.256
TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL)	3.04 - 4.86	4.06
TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL)	3.97 - 6.33	5.37

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control