

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310206  
**CÓDIGO / CODE** 110130  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1110060MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1101302141  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS  
LOTE / LOT: 1101312142  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.252
TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL)	2.80 - 4.46	3.88
TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL)	3.88 - 6.20	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control