

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 111229
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110154.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS R1 4 X 38,6 ML (RESPONS)

KIT

LOTE / LOT: 1112292114
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110038.6RWS
LOTE / LOT: 1112282114
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEREANCE | LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 4.1 - 4.3 | 4.21 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.100 - 0.350 | 0.252 |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL) | 2.80 - 4.46 | 3.88 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL) | 3.88 - 6.20 | 5.39 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control