

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310093 |
| CÓDIGO / CODE | 107930 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 2080075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10793020170 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 12/2020 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1K |
| | LOTE / LOT: 10793120131 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2K |
| | LOTE / LOT: 10793320134 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (37 oC) R1 | 7.05 - 7.25 | Conforme/According |
| pH (37 oC) R2 | 7.05 - 7.25 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm | 0.000 - 0.030 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm | 0.020 - 0.100 | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE 27547 (U/L) | 56.50 - 84.70 | 70.1 |
| TRULAB P - LOTE 27548 (U/L) | 181.00 - 272.00 | 225.2 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control