

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310093
CÓDIGO / CODE	110132
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2080075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
KIT	
LOTE / LOT:	1101321954
DATA DE FABR./MANUF. DATE	11/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2021
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080020R1M
LOTE / LOT:	1101331950
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2021
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080015R2M
LOTE / LOT:	1101341951
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 25894 (U/L)	57.0 - 85.6	67.68
TRULAB P - LOTE 25895 (U/L)	158 - 237	190.53

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control