

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310093
CÓDIGO / CODE	111207
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2080112.4R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALFA AMILASE G7 R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1112072018
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 03/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080028.1T
	LOTE / LOT: 1112062018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080028.1T
	LOTE / LOT: 1112062018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 25894 (U/L)	57.0 - 85.6	75.8
TRULAB P - LOTE 25895 (U/L)	158 - 237	211.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control