

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310048
CÓDIGO / CODE 107100
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML

KIT
LOTE / LOT: 10710021133
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1K
LOTE / LOT: 10720721118
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2K
LOTE / LOT: 10720621116
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.17
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.13
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	0.54 - 0.92	0.70
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	1.22 - 2.08	1.61

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control