

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310048
CÓDIGO / CODE 107101
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML

KIT
LOTE / LOT: 10710121137
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080040R1K
LOTE / LOT: 10720521136
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080050R2K
LOTE / LOT: 10720821135
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.16
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.18
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.002
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	0.54 - 0.92	0.61
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	1.22 - 2.08	1.52

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control