

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310048</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>110135</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1080075M</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1101352049
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1M
	LOTE / LOT: 1101362049
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2M
	LOTE / LOT: 1101372049
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.19
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.001
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	0.54 - 0.92	0.73
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	1.22 - 2.08	1.74

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control