

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310048  
**CÓDIGO / CODE** 110135  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1080075M  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1101352152  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1M  
LOTE / LOT: 1101362152  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2M  
LOTE / LOT: 1101372152  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.17
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.13
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	0.54 - 0.92	0.70
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	1.22 - 2.08	1.61

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control