

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310055**
CÓDIGO / CODE **107102**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1090075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML**

KIT

LOTE / LOT: 10710220124
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2020
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1K
 LOTE / LOT: 10720920107
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2021

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2K
 LOTE / LOT: 10721020106
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.81
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.86
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.004
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.004
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	1.36 - 2.32	1.84
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	3.37 - 5.74	4.36

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control