

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310055
CÓDIGO / CODE	107102
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10710221143
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 12/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1K
	LOTE / LOT: 10720921121
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2K
	LOTE / LOT: 10721021121
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.76
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.88
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.005
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.005
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	1.14 - 1.94	1.44
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	3.66 - 6.23	5.21

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control