

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310195</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109354</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1020500KWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>COLESTEROL WS 2X250ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1093542167
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MKWS
	LOTE / LOT: 1093572167
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.73
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.006
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	152.8
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	213.3
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	141.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control