

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 110149
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020180MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 6X30 ML

KIT

LOTE / LOT: 1101492146
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS
LOTE / LOT: 1101502145
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	155.2
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	218.1
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	135.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control