

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310195  
**CÓDIGO / CODE** 110149  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020180MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 6X30 ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1101492149  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS  
LOTE / LOT: 1101502148  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION         | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION            | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE            | LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID      | CONFORME/ACCORDING  |
| ODOR/ODOUR                      | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | CONFORME/ACCORDING  |
| pH (25oC)                       | 6.60 - 6.80                              | 6.68                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.030                            | 0.005               |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)  | 126 - 167                                | 142.0               |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)  | 161 - 214                                | 185.0               |
| TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)  | 120 - 159                                | 136.0               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control