

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 111203
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1112032117
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 01/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020043.6RWS
LOTE / LOT: 1112022117
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.70
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.003
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	152.3
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	207.2
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	149.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control