

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310205 |
| CÓDIGO / CODE | 109361 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1030500KWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CREATININA WS R1 2X200ML + R2 1X100ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10936121107 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030200R1KWS |
| | LOTE / LOT: 10936421101 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030100R2KWS |
| | LOTE / LOT: 10936521101 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 12.90 - 13.10 | 12.94 |
| PH (25 oC) R2 | 1.60 - 1.80 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm | 0.000 - 0.030 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm | 0.120 - 0.180 | 0.156 |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL) | 1.05 - 1.64 | 1.42 |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL) | 4.09 - 6.40 | 5.31 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control