

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310205**
CÓDIGO / CODE **110151**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1030150MWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **CREATININA WS R1 4X30ML + R2 2X15ML**

KIT

LOTE / LOT: 1101512059
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2020
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030030R1MWS
 LOTE / LOT: 1101522058
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030015R2MWS
 LOTE / LOT: 1101532058
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.92
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.180	0.147
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	1.21 - 1.89	1.56
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	3.51 - 5.49	4.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
 Controle de Qualidade / Quality Control