

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310205
CÓDIGO / CODE	111219
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030200RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)
	KIT
	LOTE / LOT: 1112192138
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050TWS
	LOTE / LOT: 1112182138
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050TWS
	LOTE / LOT: 1112182138
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.94
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.180	0.149
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.19 - 1.85	1.53
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	3.82 - 5.98	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control