

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310052 |
| CÓDIGO / CODE | 111199 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1050200R |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | HDL-C IMUNO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS) |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1111992138 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1050050T |
| | LOTE / LOT: 1111982137 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1050050T |
| | LOTE / LOT: 1111982137 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH | CONFORME/ACCORDING |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELO PALHA - CLEAR, PALE YELLOW | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25 oC) R1 | 6.90 - 7.10 | CONFORME/ACCORDING |
| PH (25 oC) R2 | 6,90 - 7,10 | CONFORME/ACCORDING |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 600-700 nm | 0.000 - 0.0150 | CONFORME/ACCORDING |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 600-700 nm | 0.000 - 0.030 | CONFORME/ACCORDING |
| TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL) | 29.60 - 44.40 | 34.12 |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL) | 39.00 - 51.60 | 44.73 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL) | 53.10 - 70.30 | 60.44 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control