

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310073
CÓDIGO / CODE	107366
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
	LOTE / LOT: 10736620135
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120020R1K
	LOTE / LOT: 1073782078
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120015R2K
	LOTE / LOT: 1073792077
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022
	PADRÃO / STANDARD
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120001P
	LOTE / LOT: 10737120101
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.93
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.44
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.002
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.047
TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL)	6.19 - 7.71	7.20
TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL)	8.25 - 10.3	9.65

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control