

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310210	
CÓDIGO / CODE	109386	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120250KWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1093861947
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120040R1KWS
	LOTE / LOT:	1093891946
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120050R2KWS
	LOTE / LOT:	1093901946
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.76
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.3
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.046
TRULAB N - LOTE: 24382 (g/dL)	5.71 - 7.13	6.30
TRULAB P - LOTE: 24383 (g/dL)	7.79 - 9.71	8.54

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control