

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| MS ANVISA | 80115310210 |
| CÓDIGO / CODE | 109386 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1120250KWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1093862052 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 01/2020 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120040R1KWS |
| | LOTE / LOT: 1093892051 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050R2KWS |
| | LOTE / LOT: 1093902051 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 12.6 - 13.0 | 12.93 |
| pH (25 oC) R2 | 13.1 - 13.5 | 13.44 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.002 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060 | 0.047 |
| TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL) | 6.19 - 7.71 | 7.20 |
| TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL) | 8.25 - 10.3 | 9.65 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control