

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310210
CÓDIGO / CODE	109386
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093862058
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120040R1KWS
	LOTE / LOT: 1093892057
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050R2KWS
	LOTE / LOT: 1093902057
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.77
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.044
TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL)	5.81 - 7.25	6.33
TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL)	8.34 - 10.40	9.18

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control