

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310039</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107096</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1060250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO</b>
	<b>KIT</b>
LOTE / LOT:	10709620142
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060250MK
LOTE / LOT:	10720020141
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2022
	<b>PADRÃO / STANDARD</b>
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060003P
LOTE / LOT:	1072542092
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.012
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	76.2 - 110	95.3
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	141 - 202	176.7
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	87.20 - 131.0	117.1

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control