

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310207  
**CÓDIGO / CODE** 110185  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1060180MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 6X30ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1101852042  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2020  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060030MMWS  
LOTE / LOT: 1101862042  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.012
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	76.2 - 110	95.3
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	141 - 202	176.7
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	87.20 - 131.0	117.1

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control