

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310207
CÓDIGO / CODE 111193
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS WS R1 4 X 43,6 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1111931912
DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060043.6RWS
LOTE / LOT: 1111921912
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.011
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	76.2 - 110	96.6
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	141 - 202	175.9
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	87.20 - 131.0	116.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control