

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310039  
**CÓDIGO / CODE** 107096  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1060250K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

**KIT**  
LOTE / LOT: 10709621147  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MK  
LOTE / LOT: 10720021145  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

**PADRÃO / STANDARD**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060003P  
LOTE / LOT: 1072542195  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.16
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.021
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	77.70 - 112.00	91.79
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	182.00 - 262.00	219.83
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	87.20 - 131.00	88.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control