

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310039</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107096</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1060250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10709621155
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060250MK
LOTE / LOT:	10720021150
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
<b>PADRÃO / STANDARD</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060003P
LOTE / LOT:	1072542198
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2024

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.020
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	77.70 - 112.00	92.09
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	182.00 - 262.00	218.84
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	87.20 - 131.00	90.33

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control