

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310039
CÓDIGO / CODE 112044
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060100K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 112044211
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060050MK
LOTE / LOT: 112053211
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060003P
LOTE / LOT: 10725421100
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.23
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.014
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	87.05
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	182.24
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	72.1 - 108	97.09

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control