

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310207
CÓDIGO / CODE 109398
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML

KIT

LOTE / LOT: 1093982165
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
LOTE / LOT: 1094002162
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.16
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.021
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	77.70 - 112.00	91.79
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	182.00 - 262.00	219.83
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	87.20 - 131.00	88.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control