

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310207  
**CÓDIGO / CODE** 109398  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1060500KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML

**KIT**

**LOTE / LOT:** 1093982166  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 04/2021  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 1060250MKWS  
**LOTE / LOT:** 1094002163  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.017
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	77.70 - 112.00	92.5
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	182.00 - 262.00	223.6
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	87.20 - 131.00	98.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**