

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310207
CÓDIGO / CODE	109398
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093982168
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
	LOTE / LOT: 1094002165
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.017
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	77.70 - 112.00	88.76
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	182.00 - 262.00	215.92
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	87.20 - 131.00	87.97

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control