

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310207  
**CÓDIGO / CODE** 109398  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1060500KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1093982169  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS  
LOTE / LOT: 1094002166  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.017
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	82.35
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	174.27
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	72.1 - 108	87.97

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control