

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310207
CÓDIGO / CODE 109398
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093982172
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
LOTE / LOT: 1094002169
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25 oC) | 7.1 - 7.3 | 7.23 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.080 | 0.014 |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL) | 71.4 - 103 | 87.05 |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL) | 146 - 210 | 182.24 |
| TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL) | 72.1 - 108 | 97.09 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control