

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310207</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109398</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1060500KWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1093982173
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
	LOTE / LOT: 1094002170
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.17
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.019
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	87.07
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	179.74
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	72.1 - 108	94.27

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**