

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310207	
CÓDIGO / CODE	110185	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060180MWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 6X30ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1101852150
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060030MMWS
	LOTE / LOT:	1101862150
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.17
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.019
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	87.07
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	179.74
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	72.1 - 108	94.27

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control