

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310207
CÓDIGO / CODE 111193
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS WS R1 4 X 43,6 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1111932124
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060043.6RWS
LOTE / LOT: 1111922124
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 °C)	7.1 - 7.3	7.23
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.014
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	87.05
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	182.24
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	72.1 - 108	97.09

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control